

# Lista de símbolos

## PARA UTILIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO IN VITRO

Este documento é um diagrama geral para auxiliar na compreensão de símbolos que possam aparecer na rotulagem deste produto.

	Contém o suficiente para <n> testes
	Dispositivo médico para diagnóstico in vitro
	Representante autorizado na Comissão Europeia
	Número do catálogo
	Número de série
	Para uso somente com prescrição
	Identificador exclusivo do dispositivo
<a href="http://www.illumina.com/patents">www.illumina.com/patents</a>	Patentes
	Informações da ficha de dados de segurança
	País de origem
	Cuidado
	Limite de umidade
	Não reutilize
	Data de fabricação
	Limite de temperatura
	Peça n.º
	Código do lote
	Fabricante
	Prazo de validade
	Mantenha protegido da luz solar
	Consulte as instruções de uso
<input type="checkbox"/> <b>100 ml EtOH Added</b>	Caixa de seleção para confirmar que foram adicionados ao frasco 100 ml de etanol

CE  
2797



Conformidade europeia

Símbolo de perigo à saúde - para obter uma explicação dos símbolos de perigo e a declaração de perigo correspondente, consulte a Ficha de dados de segurança (SDS) do componente, disponível para download em

<http://support.illumina.com/sds.html>

Símbolo de perigo de inflamável - para obter uma explicação dos símbolos de perigo e a declaração de perigo correspondente, consulte a Ficha de dados de segurança (SDS) do componente, disponível para download em

<http://support.illumina.com/sds.html>

Símbolo de aviso de perigo - para obter uma explicação dos símbolos de perigo e a declaração de perigo correspondente, consulte a Folha de dados de segurança (SDS) do componente, disponível para download em

<http://support.illumina.com/sds.html>

Símbolo de perigo de oxidante - para obter uma explicação dos símbolos de perigo e a declaração de perigo correspondente, consulte a Ficha de dados de segurança (SDS) do componente, disponível para download em

<http://support.illumina.com/sds.html>

Símbolo de perigo de substâncias corrosivas - para obter uma explicação dos símbolos de perigo e a declaração de perigo correspondente, consulte a Ficha de dados de segurança (SDS) do componente, disponível para download em

<http://support.illumina.com/sds.html>

Símbolo de perigo de substâncias tóxicas - para obter uma explicação dos símbolos de perigo e a declaração de perigo correspondente, consulte a Ficha de dados de segurança (SDS) do componente, disponível para download em

<http://support.illumina.com/sds.html>



Este lado para cima



Frágil, manuseie com cuidado



Mantenha seco



Mantenha congelado

## Direitos autorais e marcas comerciais

© 2021 Illumina, Inc. Todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais pertencem à Illumina, Inc. ou aos respectivos proprietários. Para obter informações específicas sobre marcas comerciais, consulte [www.illumina.com/company/legal.html](http://www.illumina.com/company/legal.html).

## Informações de contato



Illumina  
5200 Illumina Way  
San Diego, Califórnia  
92122, EUA.  
+1 (800) 809-ILMN (4566)  
+1 (858) 202-4566 (fora da  
América do Norte)  
techsupport@illumina.com  
www.illumina.com



Illumina Netherlands B.V.  
Steenoven 19  
5626 DK Eindhoven  
The Netherlands

**Patrocinador australiano**  
Illumina Australia Pty Ltd  
Nursing Association  
Building  
Level 3, 535 Elizabeth  
Street  
Melbourne, VIC 3000  
Austrália